




## 仕様


測定範囲	20 ~ 1,200ppm
試料採取量	100ml
測定時間	3分間
検知限度	10ppm
色の变化	黄色 青色
反応原理	モリブデン酸塩が還元され、モリブデン青を生成する。




有効期限	2年
経年変化	指示が高くなる。
使用温度範囲	0 ~ 40 (温度補正あり)
湿度の影響	なし
校正方法	ガスクロマトグラフ法

## 他のガスの影響

妨害ガス	濃度 [ppm]	影響
一酸化炭素		指示が高くなる
硫化水素		〃
アセチレン		〃
プロピレン		〃



付図1 一酸化炭素の影響



付図2 硫化水素の影響