


**201SM****氯离子(浸渍法)**

样品液体

**产品规格**

**测量范围** 50 ~ 3000ppm  
**试料采集量** 1mL 或更多  
**测量时间** 1.5 ~ 5 分钟左右  
**检测限** 12ppm  
**颜色的变化** 赭色 白色  
**反应原理**  $2\text{Cl}^- + \text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 2\text{AgCl}$   
**有效期** 3 年  
**操作温度** 0 ~ 40  
**操作 pH** pH 2-13  
**校准方法** 氯化钠标准溶液

**其他离子的影响**

其他离子	浓度	影响
硫酸离子	-	没有影响