


770

## 氟化氢



## 产品规格

测量范围	0.05 ~ 1.0ppm
空气采样量	250mL/min × 10min
测量时间	10 分钟
检测限	0.02ppm
颜色的变化	黄色 粉红色
反应原理	pH 指示剂由于氟化氢气体而改变颜色
有效期	2 年
操作温度	10 ~ 35 (需要温度修正)
操作湿度	20 ~ 80%RH(需要湿度修正)
校准方法	吸收光度法

## 其他气体的影响

气名	浓度	影响
氯化氢	0.1ppm	指示变得更高
硝酸	0.1ppm	指示变得更高
硫酸雾	0.5mg/m <sup>3</sup>	指示变得更高