


900**氨 对于美术馆****产品规格**

测量范围	10 ~ 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
空气采样量	24000mL (400mL/min \times 60min)
测量时间	60 分钟
颜色的变化	浅紫色 浅黄色
反应原理	pH 指示剂由于氨气体而改变颜色
有效期	2年
操作温度	10 ~ 40
操作湿度	10 ~ 90%RH
校准方法	渗透管法

其他气体的影响

气名	单影响	共存影响
胺类	类似的变色	指示变得更高