


検知管の読み取り方法

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。


変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。

変色境界が目盛と目盛の間の場合は比例配分して濃度を読み取ります。

変色が**淡い**：明らかに変色が認められる先端 **A** で読み取る。



変色が**斜め**： **A** と **B** の中間を読み取る。



変色が**波打つ**： **A** と **B** の中間を読み取る。

